

KURO TYRIMO REZULTATAI**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. TP15-04-003**

Ėminio identifikacinis numeris	Parametrai, matavimo vienetai	Tyrimo metodai	Rezultatai
150403-01	Visuminės drėgmės kiekis, %	LST EN 14774	10,3
	Pelenų kiekis sausoje kuro masėje, %	LST EN 14775	1,4
	Sauso drėgmės neturinčio kuro viršutinis šilumingumas, kJ/kg	LST EN 14918	20200
	Sauso drėgmės neturinčio kuro apatinis šilumingumas, kJ/kg	LST EN 14918	18860
	Drėgno kuro apatinis šilumingumas, kJ/kg	LST EN 14918	16680

Pastabos:

Kuro laboratorijos laborantė: Kristina Romančikaitė



Kuro laboratorijos vedėja: Jolita Mockuvienė



Kuro laboratorija už ėminių ėmimą ir užsakovo pateiktą informaciją neatsako.
Be raštiško laboratorijos sutikimo atskiros tyrimo protokolo dalys neturi būti kopijuojamos ir dauginamos.
Tyrimo rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Tyrimų rezultatai konfidencialūs.